

# 宁波鄞州中医院 DSA 辐射装置新建项目 竣工环境保护验收意见

2021 年 08 月 03 日，宁波鄞州中医院 DSA 辐射装置新建项目竣工环境保护验收监测表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

## 一、工程建设基本情况

### (一) 建设地点、规模、主要建设内容

医院位于宁波市鄞州区金达南路 1228 号，是一家非政府办非营利性的中医医院。总用地面积 29827 平方米，总建筑面积 132550 平方米，其中中医院 49200 平方米，包括住院部、急诊部、门诊部、保障系统、医技科室、药剂科室、行政后勤等医疗用房，另设置部分中药制剂室、中医传统疗法中心及大型医药设备用房等；医药技术研发中心 40250 平方米，地上停车库 3000 平方米，地下室 40100 平方米。2020 年 8 月医院开始试运行。

为了提高群众就医条件，医院拟配置 1 台伽马刀项目、1 台医用直线加速器、1 台 DSA、1 台 PET-CT、1 台 PET-MRI、1 台 SPECT-CT，开展  $^{18}\text{F}$  及  $^{99\text{m}}\text{Tc}$  核素诊断。本次验收规模为：1 台 DSA。

### (二) 建设过程及环保审批情况

《宁波鄞州中医院新建核技术利用项目环境影响报告表》由江苏玖清玖蓝环保科技有限公司于 2020 年 12 月编制；2021 年 01 月 12 日，宁波市环境保护局以“甬环建〔2021〕2 号”文对该项目环评文件予以批复。该医院于 2021 年 07 月 05 日重新申领了《辐射安全许可证》（浙环辐证[BY020]，有效期至 2026 年 07 月 05 日），许可的种类和范围为使用 II 类、III 类射线装置。项目运行至目前无环境投诉、违法或处罚记录等情况。

### (三) 投资情况

项目实际总投资 760 万元，其中环保投资 40 万元。

### (四) 验收范围

本次验收规模为：1 台 DSA。

## 二、工程变动情况

七、验收人员信息

| 姓名  | 单位         | 职务/职称 | 联系电话        |
|-----|------------|-------|-------------|
| 刘孝华 | 浙江省电力设计院   | 高工    | 13777410927 |
| 刘淑萍 | 浙江省辐射环境监测站 | 高工    | 13777840688 |
| 李曼  | 浙江省辐射环境监测站 | 高工    | 13645712632 |
| 樊晓娟 | 宁波鄞州中医院    | 工程师   | 17858507662 |
| 詹子丹 | 浙江中-杭州研究院  | 工程师   | 13957407499 |
|     |            |       |             |
|     |            |       |             |
|     |            |       |             |
|     |            |       |             |
|     |            |       |             |
|     |            |       |             |
|     |            |       |             |
|     |            |       |             |
|     |            |       |             |
|     |            |       |             |
|     |            |       |             |

宁波鄞州中医院

2021年08月03日

## 专家评审会签到表

会议名称：《宁波鄞州中医院 DSA 辐射装置扩建项目竣工环境保护验收监测表》专家评审会

| 姓名  | 单位           | 职称职务 | 联系电话        | 备注 |
|-----|--------------|------|-------------|----|
| 金雪军 | 宁波鄞州中医院      | 高工   | 13957407498 |    |
| 刘鹤军 | 浙江省电力设计院     | 高工   | 13777410927 |    |
| 刘鸿涛 | 浙江省辐射环境监测站   | 高工   | 13777840688 |    |
| 李复  | 浙江辐射环境科技有限公司 | 高工   | 13645712632 |    |
| 樊松涛 | 浙江中一核研究院     | 工程师  | 17858507662 |    |
|     |              |      |             |    |
|     |              |      |             |    |
|     |              |      |             |    |
|     |              |      |             |    |
|     |              |      |             |    |
|     |              |      |             |    |
|     |              |      |             |    |
|     |              |      |             |    |
|     |              |      |             |    |
|     |              |      |             |    |
|     |              |      |             |    |
|     |              |      |             |    |
|     |              |      |             |    |
|     |              |      |             |    |
|     |              |      |             |    |
|     |              |      |             |    |
|     |              |      |             |    |

会议时间：2021.08.03

会议地点：